

EXPLANTACE SENZORU PRO KONTINUÁLNÍ MONITOROVÁNÍ GLUKÓZY

Číslo výkonu:

13079

Autorská odbornost:

(103) diabetologie

Popis:

Stanovení a zobrazení hodnot glukózy provádí implantabilní senzor (mikro-fluorometr zapouzdřený v kapsuli z biokompatibilního materiálu), který měří koncentraci glukózy v intersticiální tekutině na principu fluorescence, automaticky každých 5 minut bez nutnosti zásahu pacienta. Senzor měří koncentraci glukózy v mezibuněčné tekutině 180 dní, poté musí být explantován a nahrazen novým senzorem. Výkon je indikován pacientům s implantovaným senzorem po uplynutí jeho účinnosti nebo kdykoliv dříve v případě jeho nefunkčnosti nebo v případě komplikace. Výkon č. 09233 injekční okrsková anestezie je vykazována zvlášť. Výkon lze vykazovat s výkonem č. 13078 implantace podkožního senzoru pro kontinuální monitorování glukózy.

Čím výkon začíná:

Lokalizaci a označení místa senzoru. Poté následuje dezinfekce anestetizovaného místa, podkožní infiltrace lokálním anestetikem a příprava instrumentária.

Obsah a rozsah výkonu:

Výkon pokračuje kožní incizí (5 - 8 mm). Poté se peánem nebo jinými nástroji sonduje implantovaný senzor. Po jeho lokalizaci je senzor vyjmut. V závislosti na typu podkoží pacienta a na stupni přilhojení senzoru trvá jeho lokalizace a vyjmutí v průměru 15 minut. Poté se okraje rány fixují buď stehy nebo speciálními stripy. Nakonec se místo zavedení ošetří sterilní náplastí.

Čím výkon končí:

Poučením pacienta a záznamem do zdravotnické dokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně)

Omezení místem: S - pouze na specializovaném pracovišti

Omezení frekvencí: 2/1 rok

Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 45

Podmínky: Lékaři, kteří obdrží osvědčení Technologické sekce ČDS o způsobilosti k zavádění implantabilních senzorů a mají certifikát výrobce implantabilních senzorů. Diabetologická centra.

Další odbornosti:

Kód	Název	Režie
301	dětské lékařství	3,28

Nositelé:

Pořadí	Kategorie	Funkce	Praxe	Čas	Poznámka	Aktuální body
10	L3	diabetolog nebo dětský lékař		45		422,3142
Celkem:						422,31

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:

Kód	Název	Doplňek	Množství	Jednotka	Cena	Body
A084543	Sterilní balíček		1		213,22	213,22
A000006	rukavice chirurgické sterilní		2 pár		6,81	13,62
A000137	šicí materiál syntetický nevstřebatelný	pletený síla 3-0	1 ks		139,65	139,65
Celkem:					359,68	366,49

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:

Kód	Název	Doplňek ATC	Omezení	Množství	Jednotka	Cena	Body
Celkem:							0,00 0,00

Přístroje:

Kód	Název	D.Ž.	N.Ú.	D.P.	Procento z výkonu	Cena	Body
Celkem:							0,00 0,00

ZUM:

Kód	Název

ZULP:

Kód	Název

Body	Přímé 789	Režijní 148	Celkem 937
-------------	---------------------	-----------------------	----------------------

Revize stavu výkonu Poslední revize dne